レーザー誘起発光を用いた可搬型 ガドリニウム濃度モニターの開発

日本原子力研究開発機構^A, 東京大学宇宙線研究所^B

岩田圭弘^A, 関谷洋之^B

学術変革「地下稀事象」領域研究会

大阪大学豊中キャンパスΣホール 2024/07/06 (Sat.)

Outline

- **SK-Gd実験と水中Gd³⁺発光について**
 - * Gd³⁺発光(波長312 nm)をGd濃度モニターに活用
- **水中Gd³⁺イオンのレーザー誘起発光**
 - * OH⁻クエンチング、励起断面積(モル吸光係数)
- **可搬型Gd濃度モニターの開発状況**
 - * 可搬型レーザー光源(固定波長266 nm)
 - * ファイバー伝送 & 分光器 → フィルター付PMT
 - * 排水中のGdモニター(感度ppm)への適用可能性
- **まとめ、今後の予定**

SK-Gd実験におけるGd³⁺イオン発光

- $\bar{\nu}_e$ の逆β崩壊で生じる中性子の検出効率を改善
- 宇宙線 $\mu^\pm$ に起因したGd³⁺発光BG概算 <0.1 counts/ μs
⇒ SK-Gd実験への影響は小さいか(新学術)
- Gd³⁺発光(波長312 nm)をGd濃度モニターに活用

[遅延同時計測]

R = 50%, $\Delta t \sim 120 \mu\text{s}$ [0.01% Gd]
R = 75%, $\Delta t \sim 60 \mu\text{s}$ [0.03% Gd, 現状]
R = 90%, $\Delta t \sim 20 \mu\text{s}$ [0.1% Gd, 最終目標]

宇宙線 $\mu^\pm$ 起因BGは
影響小さい(新学術)

[Gd³⁺イオン発光]

水中のGd³⁺発光について^[1]

- ${}^6P_{7/2} \rightarrow {}^8S_{7/2}$ の312 nm発光と、水分子のOH振動への緩和(クエンチ)が競合:

$$1/T_{\text{obs}} = 1/T_{\text{rad}} + 1/T_{\text{OH}} \quad (T_{\text{obs}}: \text{観測寿命})$$

~3 ms (測定) 10.9 ms (文献、計算) (~4 ms)

- モニター用のレーザー励起波長
⇒ 266 nm (Nd:YAG第4高調波)

- モル吸光係数 ϵ [$M^{-1} \cdot cm^{-1}$]
→ 透過率 $T = 10^{-\epsilon LC}$
(L: 光路長、C: Gd³⁺モル濃度)
⇒ 6D_J 共鳴 $\epsilon \sim 0.1$ (文献)
⇒ 非共鳴 $\epsilon \sim 0.001$ (測定)

可搬型Gd濃度・発光寿命モニターの開発

- SK水循環ライン^[2]にレーザー照射及び発光検出ポートを設けて、Gd³⁺発光信号(信号強度、発光寿命)をモニター
⇒ サンプルング不要で、コンタミの影響なし
- 可搬型のレーザー光源・検出器が必要

Fig. 1. Schematic diagram of SK-Gd water system.

可搬型レーザー光源(購入予定)

- 小型Nd:YAGレーザーMinilite II
 - 軽量コンパクトで可搬
 - AC100Vコンセント
 - 使用実績あり(可搬型LIBS)
 - × 非共鳴波長266 nm
 - ⇒ Gd検出感度を評価

波長可変レーザー
(Nd:YAG励起色素レーザー)

可搬型レーザーを用いたGd³⁺発光測定

- Gd³⁺発光(波長312 nm)を空間とばして分光器で観測
- 分光器スリットを少し広げて(分解能を落として)光量増加
⇒ 0.01%, 0.03%, 0.1% Gdの発光信号を観測
- 励起光(266 nm)の散乱BGは抑制できているが、分光器の使用により検出効率低下

ファイバー伝送効率(分光器あり)

- 溶液セルとレンズを移動し、レンズ・フィルター間に長さ2 mの高OHマルチモードファイバー(両端にコリメータ)をはさみ、 Gd^{3+} 発光(312 nm)の信号強度を比較
- (赤)ファイバーなし・出力1/45倍、(青)ファイバー伝送
- 伝送効率 $\sim 1/45 \times 1/6 \sim 0.4\% \Rightarrow 0.03\%$ Gd難しい

分光器 → フィルター付PMT

- 分光器をはずして、PMT入口にフィルター内蔵アダプター
- 266 nm散乱の抑制はフィルター1枚で十分か
- ファイバー伝送効率？

ファイバー

ファイバー伝送効率(フィルター付PMT)

- [左] (赤)ファイバー伝送、(青)ファイバーなし・低出力
- 伝送効率 $\sim 1/50 \times 1/15 \sim 0.1\%$
- [右] ファイバーなし・低出力で、Gd濃度を変えて測定
⇒ 0.1% Gdは、試料の再利用によりコンタミ大
- 定格出力で、Gd³⁺信号2桁増加 ⇒ 感度 < ppm 排水監視にも有用?

検出光子数の概算 (1 ppm Gd)

- 定格出力: 4 mJ/p at 266 nm (~4.7 eV)
- Gd濃度: 1 ppm $\Rightarrow 6.4 \times 10^{-6}$ M (M $\equiv$ mol/L)
- 非共鳴モル吸光係数: $\epsilon \sim 0.001 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$
- 入射光子数 (パルスあたり):

$$\frac{4 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV} / 4.7 \text{ eV} \sim 5.3 \times 10^{15}$$

- 検出効率:

$$\left(1 - 10^{-0.001 \times (6.4 \times 10^{-6}) \times 2}\right) \times \left(\frac{3 \text{ ms}}{10.9 \text{ ms}}\right) \times \left(\frac{\pi \cdot 1^2}{4\pi \cdot 5^2} \times 0.75\right) \sim 6 \times 10^{-11}$$

- 検出光子数 ($\tau \sim 3 \text{ ms}$): $\sim 3 \times 10^5$

PMT位置依存性

- 溶液セル～PMT距離を離して測定（Gd試料を変更）
- セル中心からPMT検出面：120, 170, 220 mm（概算）
- レンズがあるため、 $\propto 1/r^2$ ではなく、距離2倍で信号約1/2
- ファイバー&分光器は使用せず、フィルター付PMTを設置
- 濃度計測には、時間積分ではなく $t = 0$ での電圧値を使用

可搬型Gd濃度モニターの配置

- ファイバー伝送せず、モニター付近までチューブ配管を引き、レーザー(Φ2-3 mm)照射セルを接続する
- 最初のみ分光器で発光波長を確認し、以降はフィルター付PMTを近づけて測定する

* 266 nm出力を減衰器で調整し、
水循環ライン/排水系に適用

まとめ、今後の予定

- **水中Gd³⁺イオンのレーザー誘起発光**

- * OH⁻クエンチングにより、発光寿命 ~ 3 ms
- * モニター用途には、共鳴波長より可搬性を優先

- **可搬型Gd濃度モニターの開発状況**

- * 可搬型レーザー光源: Minilite IIを新規に購入予定
- * 検出効率を優先し、フィルター付PMTを近づけて測定
- * 実験系と同様 ⇒ 検出感度 < ppmで排水監視にも有用

- **今後の予定**

- * チューブ配管 & レーザー照射セルの設計・試作
- * 模擬配管でテスト測定 (キャリブレーション、検出限界)